

Số: /YCBG-BV
V/v thông báo yêu cầu báo giá
sửa chữa máy thở

An Bình, ngày tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng, làm cơ sở tổ chức lựa chọn công ty sửa chữa máy thở tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Email: benhviendkkvhn@gmail.com

- Điện thoại: 02773.837.364

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2025 đến trước 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu sửa chữa cần báo giá.

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy thở (Model: Carestation R860 , hãng sản xuất: GE Healthcare(Datex Ohmeda))	Máy	01

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
	- Hư Flow Sensor - Tranducer O2 - Pin - Van thở ra dùng nhiều lần		
2	Máy thở Máy thở xâm nhập và không xâm nhập (Model: NEUMOVENT GRAPHNET TS, hãng sản xuất: TECME CCORPORATION-Mỹ) - Hư nút bàn phím enter - Van hở ra dùng nhiều lần	Máy	01

2. Địa điểm sửa chữa: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Bình, , tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử Bệnh viện;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Vinh